

INDICATORE DIGITALE PER DATALOGGER VART232



istruzioni d'uso

L'indicatore digitale puo' essere ordinato come accessorio per i datalogger DL/N (serie 64) e DL (serie 63). Le funzioni sono identiche a quelle dei datalogger con display, serie 65 e 66, tranne la funzione di stampa.

L'indicatore digitale ha lo scopo di dare un'indicazione istantanea del valore di pressione / livello senza la necessita' di collegare un palmare o un PC portatile. Il dispositivo e' provvisto di soglie d'allarme, che possono essere visualizzate sul display e configurate via software. Tramite l'indicatore e' possibile inoltre accendere e spegnere il datalogger, visualizzare la data, l'ora e la capacita' della batteria.

Collegare l'indicatore digitale:

Rimuovere il coperchio del datalogger e collegate il cavo dell'indicatore al datalogger.

Premendo il tasto "MODE" sul display viene attivata la funzione richiesta.

Scollegate l'indicatore appena terminato l'utilizzo per preservare la carica delle batterie.

Batteria:

L'indicatore digitale ha una batteria al litio incorporata, che puo' essere facilmente sostituita dall'utente.

Rimuovete il coperchio e sollevate con cautela il display. La batteria e' situata sotto il display.

Le batterie di ricambio possono essere ordinate ad STS con il codice 01215.

Funzioni standard

L'indicatore si accende premendo il tasto "MODE".

1. Prima dell'accesso al datalogger, sono visualizzati due trattini.

Inizializzazione --

Dopo circa 2 secondi, la variabile (pressione / livello) viene visualizzata. Il messaggio "Err 1" appare in caso di anomalia.

Il primo digit indica se le soglie sono state o meno superate.

Pressione 952.1

 soglie non superate
 superata soglia superiore
 superata soglia inferiore
 superate entrambe le soglie

2. Premendo nuovamente il tasto "MODE", appare l'indicazione "PC". Ora la comunicazione con il datalogger e' possibile.

Comunicazione con PC PC

3. Premendo nuovamente "MODE", il display visualizza il tempo in ore e minuti.

Ora 0827

4. Premendo nuovamente "MODE", il display visualizza la data nel formato giorno / mese / anno.

Data 290601

5. Premendo nuovamente "MODE", viene visualizzato lo stato della batteria.

Stato della batteria - - - - -

 buono


 minimo
 da sostituire

6. Premendo ancora una volta "MODE", verra' nuovamente visualizzata la variabile, se nessuna ulteriore opzione e' stata selezionata.

Funzioni opzionali

1. Il datalogger puo' essere configurato in modo che l'acquisizione dati sia avviata o fermata dall'indicatore. Questa funzione e' accessibile premendo il tasto "MODE" dopo la visualizzazione dello stato della batteria. L'acquisizione dati viene avviata premendo il tasto "+" e fermata premendo il tasto "-", seguiti dal tasto "MODE".

Acquisizione dati **on** (su richiesta)

 acquisizione dati on
 acquisizione dati off

Premendo ancora una volta "MODE", verra' nuovamente visualizzata la variabile. Se richiesta, specificare questa opzione in fase d'ordine.